

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय गोदिया.
GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL GONDIA

No 07182-238090

Email-ID:- gmcgstore2094@gmail.com Website:

mcgondia.in

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय/गोदिया/ 2021
2090

दि. 24 190 12021

औषधशास्त्र विभाग, करीता ईसीजी मशिन खरेदी करीता
जाहिर दरपत्रक भुचना

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोदिया या संस्थेतील औषधशास्त्र विभाग, करीता खालील ईसीजी मशिन सोबत जोडलेल्या स्पेशीफिकेशन नुसार दोन लिफाफा पद्धतीने त्वरीत खरेदी करायची आहे.

करीता तात्काळ पुरवठा करण्यास इच्छुक पुरवठादाराकडून दरपत्रक मागविण्यांत येत आहेत. मोहरबंद दरपत्रके सादर करण्याची अंतिम तारीख 28.10/2021 सांयकाळी १७.०० वाजेपर्यंतची असुन दिनांक 29.10/2021 रोजी दुपारी १२.३० वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात दरपत्रके उघडण्यांत येईल. इच्छुक पुरवठादारास सादर सभेस उपस्थित राहाता येईल.

दरपत्रके अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोदिया यांचे नांवाने प्रत्येक वस्तुकरीता वेगवेगळे लिफाफा सादर करावयाचे असुन दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर प्रत्येक वस्तुचे दरपत्रक असे स्पष्ट नमुद करण्यांत यावे. तसेच दर हे पुरवठादाराने त्याचे लेटरहेड वर देण्यांत यावे.

तसेच दरपत्रका सोबत पुरवठादाराने लिफाफा क्रमांक १ मध्ये दुकान नोंदनी प्रमाणपत्र, अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, आधार कार्ड चो झेरॉक्स ईत्यादी सादर करणे आवश्यक राहिल.

लिफाफा क्रमांक २ मध्ये दर नमुद करण्यात यावा.

सर्व दर हे एक नगाकरीता सर्व कर समाविष्ट क्यन नमुद करावे. अपुर्ण माहितीसह प्राप्त होणारी दरपत्रक नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे. तसेच यादी मधिल काही बाबी किंवा मागविण्यांत येणाऱ्या संपुर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे.

दर निच्छिती झाल्यावर आवश्यकते नुसार वेगळा आदेश काढण्यांत येईल. आदेश प्राप्त होताच ३ दिवसात आदेशातील वस्तुचा पुरवठा करुन काम करणे बंधनकारक राहिल.

S.N.	Name of the Item	Qty
1.	3 Channel ECG Machine (Main Unit With All Standard Accessories model No. IMAC300 Manuf:Zonecare)	06

अधिष्ठाता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,
गोदिया

Innovative Ergonomic Design

- The lightest 3-Channel ECG, Only 1.2kg 5.6-inch high resolution LED screen
- Scratchable latex keyboard
- Three-pronged ECG leads
- Effectively reduce winding Support thermal folded and roll paper

Specifications


- Sampling rate:32000Hz (1ms):
- Time Constant:>3.2s
- CMRR:>130dB
- Sensitivity: 2.5, 5, 10, 20, 40 auto mm/mV±2%
- Paper Speed: 5, 6.25,12.5, 25, 50mm/s
- A/D shift frequency
- Response: 0.01 ~ 350Hz
- Input Impedance: ≥ 50MΩ(10 Hz)
- Paper Size
- Recording Mode


In the box

- iMAC 300 ECG Machine (with Lithium battery)
- Patient Cable
- Electrodes
- Limb Electrodes

[Signature]
 Dean
 Govt. Medical College & Hospital
 GOMTI

[Signature]
 Professor &
 Department of
 Government Medical
 College



 ADD TO CART

BUY IT NOW